

# Begleitschein Service - Flussmessgerät -

Gerät:	Firma	_____
<input type="checkbox"/> DURATEC vFlow / d.Flow	Ansprechpartner	_____
<input type="checkbox"/> v:KIT flowmeter	Straße	_____
<input type="checkbox"/> GJC - 502500	PLZ & Ort	_____
	Telefon	_____
	E-Mail	_____

## Gerätekonfiguration / Packliste

Seriennummer: \_\_\_\_\_ kundenspezif. Gerätenummer: \_\_\_\_\_

- Koffer     Netzteil     Stativ     Abfallbehälter  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

## Gewünschter Service

### Kalibrierung:

- 3-Punkt Kalibrierung [P/N 792615-CAL]  
 4-Punkt Kalibrierung [P/N 792615-CAL-4]  
 5-Punkt Kalibrierung [P/N 792615-CAL-5]  
 6-Punkt Kalibrierung [P/N 792615-CAL-6]

Messpunkt Nr.	1	2	3	4	5	6
Flussrate [ml/min]						

Nur für DURATEC-Geräte:

- Einstellung Kalibrierfaktor bei Abweichungen vom Sollwert größer +/- 0,5% [P/N 792615-CAL-REP]  
 Einstellung Kalibrierfaktor bei Abweichungen vom Sollwert größer +/- 1,0% [P/N 792615-CAL-REP]  
 **Reparatur** - Fehlerbeschreibung:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Dekontaminationsbescheinigung

Gerät war in Kontakt mit:	gefährlichen Chemikalien	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	biologisch gefährlichen Substanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	radioaktiven Substanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gerät wurde gespült mit: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

-Bitte beachten Sie, dass die diversen Serviceleistungen unterschiedliche Preise haben. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot-

## Lieferanschrift / Kontakt

### DURATEC Analysetechnik GmbH

Rheinauer Str. 4  
68766 Hockenheim  
Deutschland  
Tel. +49(0) 6205 / 9450-0  
Fax: +49(0) 6205 / 9450-33

info@duratec.de / [www.duratec.de](http://www.duratec.de)

## Eingangskontrolle DURATEC

Auftragsnummer: \_\_\_\_\_  
Eingangsdatum: \_\_\_\_\_  
Geprüft: \_\_\_\_\_

- Transportverpackung für Rücksendung vorhanden